

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 9/2016-І
Ч а ч а к, 07.12. 2016. године

**Предмет: Одговор на постављено питање број 1.
у поступку јавне набавке добара број 9/2016-І**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потесијалног понуђача за јавну набавку добара – Хемикалије и прибор за одржавање вежби у шк. 2016/2017, ЈН бр. 9/2016- І, Партија 2:Прибор(поновљен поступак),

Комисија даје следећи одговор који сада објављујемо:

Питање:

„Poštovani, molimo Vas da nam u cilju izrade sto kvalitetnije ponude, a u skladu sa zahtevima Vaše tenderske dokumentacije za javnu nabavke male vrednosti 09/2016 - I, odgovorite na sledeće pitanje:

U konkursnoj dokumentaciji, za partiju 2:

Stavke 6,7,8, 9,51,52,53,54 niste naveli formu čaše.

Molim Vas da precizirate da li ste mislili na visoku ili nisku formu.

Stavka 7 i 53: u dokumentaciji ste naveli čašu od 500 ml.

Da li je prihvatljivo ponuditi čašu od 400 ili 600 ml?

Stavka 30: u dokumentaciji ste naveli obostrano šlifovana lula.

Molim Vas da precizirate na koje dimenzije šlifa ste mislili.

Stavka 56: u dokumentaciji ste naveli zaštitne nesterilne rukavice za jednokratnu upotrebu sa puderom.

Molim Vas da precizirate veličinu rukavica.

Stavka 62: u dokumentaciji ste naveli azbestne mrežice (155mm x 155mm)

Da li je prihvatljivo ponuditi mrežice dimenzija 160 mm x 160 mm

Stavka 59: u dokumentaciji ste naveli automatska pipeta (10-1000 µL)

Da li ste mislili na automatsku pipetu od 100 – 1000 µL?

Stavka 36: u dokumentaciji ste naveli aparatura za destilaciju pod atmosferskim pritiskom (balon ravno dno šlifovano grlo 1000 mL, Libigov

kondenzator 300 mm, balon ravno dno šlifovano grlo 500 mL, Alinov kondenzator 300 mm, nastavak trokraki dva šlifa 29/32 i jedan šlif 14/23, lula, koleno, termometar šlifovani)

Molim Vas da precizirate temperaturni opseg šlifovanog termometra.

Stavka 48 i 49: u dokumentaciji ste naveli bakto epruvete sa zapušačem (16cm x 16mm).

Molim Vas da precizirate da li ste mislili na metalne ili gumene zapušače.

Stavka 13: u dokumentaciji ste naveli reagens boce (tamne) 100 ml

Molim Vas da precizirate da li ste mislili na reagens boce sa uskim ili širokim grelom.

Sravaka 11: u dokumentaciji ste naveli filter papir (hrapav) tabaci 50*50

Da li je prihvatljivo ponuditi filter papir u tabacima dimenzija 58 x 58 cm?

Savka 18: u dokumentaciji ste naveli Univerzalni lakmus pH 0-14 Merck

Da li je prihvatljivo ponuditi univerzalni lakmus papir drugog proizvođača koji je ekvivalent traženom?

Stavak 22: u dokumentaciji ste naveli balon okruglo dno dugo grlo (1000 ml).

Molim Vas da precizirate da li ste mislili na balon sa šlifovanim grlom ili ne. Ako je šlifovani molim Vas da precizirate dimenzije šlifa.

Stavaka 25: u dokumentaciji ste naveli ekstraktor (250 ml)

Molim vas da precizirate da li ste mislili na vakuum ili običan eksikator.

Da li ste mislili na zapreminu eksikatora 250 ml ili na prečnik keramičke podloge?

Stavka 29: u dokumentaciji ste naveli četke za pranje posuđa (razne) – 10 kom.

Molim Vas da precizirate koje dimenzije četki su Vam potrebne.

Stavka 35: u dokumentaciji ste naveli komplet Soxhlet aparatura (zapremina jednog ekstraktora je 250 mL + balon 500 mL + hladnjak, a zapremina drugog ekstraktora je 500 mL+ balon 1000 mL + hladnjak)

Molim Vas da precizirate da li ste mislili na tri kompleta od po dve aparature."

Одговор:

- 1) Stavke 6, 7, 8, 9, 51, 52, 53, 54:** podrazumeva se niska forma;
- 2) Stavke 7 i 53:** prihvatljivo je ponuditi čašu od 600 ml ;
- 3) Stavka 30:** 29/32 ;
- 4) Stavka 56:** prihvatljivo je ponuditi M ;
- 5) Stavka 62:** prihvatljivo je ponuditi samo 150 mm×150 mm;
- 6) Stavka 59:** misli se na automatsku pipetu od 100-1000 μ l ;
- 7) Stavka 36:** potrebno je da temperaturni opseg bude od -10 od -360°C ;
- 8) Stavke 48, 49:** gumeni zapušači ;
- 9) Stavka 13:** usko grlo ;
- 10) Stavka 11:** prihvatljivo je;
- 11) Stavka 18:** ekvivalent je prihvatljiv;
- 12) Stavka 22:** nije se mislilo na šlifovan balon ;
- 13) Stavka 25:** mislilo se na obican ekstraktor zapremine 250 mL;
- 14) Stavka 29:** 3 komada za epruvete, 3 komada za boce od 500 ml i 4 komada univerzalnih ;
- 15) Stavka 35:** da, mislilo se na 3 kompleta sa po 2 aparature.

За Комисију,
др Павле Машковић